medela

EN

Instructions for use — Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set

Intended use

The Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set is intended to express breastmilk with the Medela Symphony breastpump. The pump set is designed for use in hospitals and clinics. It is compatible with any Medela hospital bottle. The pump set is to a **single** user product, intended for a limited number of uses - up to **8 pumping sessions within 24 hours**.

Important safeguards

Read all instructions before use
For your child's safety and health
WARNING

It is not possible to autoclave the Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set for safe re-use between multiple users. Use by more than one person may present a health risk and could cause cross-contamination.

- Use Medela original accessories only.
- Do not use if the packaging is open or damaged prior to first use.
- Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Never leave packaging and components unattended. Keep them out of reach of children.
- If problems or pain occur, consult your lactation consultant or physician.

How to use

1 Before opening the packaging, check that the **breastshield is in the right size**. For breastshield fitting guidelines, see the Symphony instructions. If necessary, choose a pump set with another shield size. Sizes available are M (24mm), L (27mm) and XL (30mm).

2 Open the packaging. Push the connector onto the breastshield. Then push the white valve onto the connector (if not yet assembled).

3 Screw a Medela collection bottle onto the connector. Choose a bottle that suits your needs. Sizes available are 35, 80, 150 and 250ml.

4 Push the open end of the tubing onto the protruding part at the back of the connector.

5 Check that the transparent cap at the other end of the tubing is covered with the yellow membrane. If not, place the yellow membrane with the round side up onto a flat surface. Push the cap on the yellow membrane until it engages.

6 Open the lid on top of the Symphony breastpump. Place the cap with the yellow membrane firmly over the breastpump membrane inside the housing.

7 For more information on expressing and storing breastmilk, read the Symphony instructions.

8 Start pumping.

Cleaning and hygiene

Important

Clean all parts that come in contact with the breast and breastmilk immediately after use to avoid drying up of milk residue and to prevent the growth of bacteria.

Prior to first use

This pump set is a Ready-to-Use product, which means that it is hygienically safe to use without prior cleaning.

After each use

1 Check whether there is milk in the tubing. If so, replace the pump set. If not, proceed as follows:

2 Disassemble the pump set. Note that you must also remove the white valve from the connector.

3 Rinse the breastshield, the connector and the white valve with cold (not clear) water (max. 20°C), then clean them with plenty of warm water and basic dishwashing liquid (approx. 30°C). Rinse with cold clear water.

Note that the other parts do not need cleaning.

4 Dry the parts with a clean towel. Put all parts in a clean storage bag (not airtight) or in a clean environment.

Material: Breastshield, connector, cap: polypropylene. White valve: thermoplastic elastomer. Tubing: polyvinyl chloride. Yellow membrane: silicone.
Disposal: According to local regulations.
CE mark: According to 93/42/EEC

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

© Medela AG (2020.6690/2015-08) B

DE

Gebrauchsanweisung — Ready-to-Use Eintages-Symphony-Pumpset

Verwendungszweck

Das Ready-to-Use Eintages-Symphony-Pumpset dient dem Auffangen von Muttermilch mit der Milchpumpe „Symphony" von Medela. Das Pumpset ist für die Verwendung in Krankenhäusern und Kliniken konzipiert. Es kann mit allen Medela Krankenhausflaschen verwendet werden. Das Pumpset ist ein Produkt für nur **einen** Benutzer, das für begrenzt viel nur für eine begrenzte Anzahl von Abpumpvorgängen verwendet werden – maximal **8 Abpumpvorgänge innerhalb von 24 Stunden.**

Wichtige Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch bitte alle Anweisungen lesen
Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
WARNUNG

Das Ready-to-Use Eintages-Symphony-Pumpset kann nicht autoklaviert werden, um von mehreren Benutzern verwendet zu werden. Die Benutzung durch verschiedene Personen kann ein Gesundheitsrisiko darstellen und eine Kreuzkontamination verursachen.

- Bitte verwenden Sie nur Originalzubehör von Medela.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung vor der ersten Benutzung geöffnet oder beschädigt worden ist. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Bei den ersten Anzeichen von Schäden oder Schwachstellen entsorgen.
- Verpackungen und deren Inhalt nie unbeaufsichtigt lassen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn Probleme oder Schmerzen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihre Still- und Laktationsberaterin oder Ihren Arzt.

Anwendung

1 Bitte überprüfen Sie, ob die **Brusthaube die richtige Größe hat**, bevor Sie die Verpackung öffnen. Hinweise zur Passform der Brusthaube finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Milchpumpe Symphony. Wählen Sie ggf. ein Pumpset mit einer anderen Größe. Die verfügbaren Größen sind: M (24 mm), L (27 mm) und XL (30 mm).

2 Öffnen Sie die Verpackung. Stecken Sie das Verbindungsstück auf die Brusthaube. Stecken Sie anschließend das weiße Ventil auf das Verbindungsstück (wenn nicht bereits verbunden).

3 Schrauben Sie eine Krankenhaus-Flasche von Medela auf das Verbindungsstück. Wählen Sie eine Flasche, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Die verfügbaren Größen sind: 35, 80, 150 und 250 ml.

4 Stülpen Sie das offene Schlauchende über das hervorstehende Teil am hinteren Ende des Verbindungsstücks.

5 Vergewissern Sie sich, dass die durchsichtige Kappe am anderen Schlauchende von der gelben Membran bedeckt ist. Legen Sie andernfalls die gelbe Membran mit der runden Seite nach oben auf eine flache Unterlage. Drücken Sie die Kappe in die gelbe Membran, bis sie einrastet.

6 Öffnen Sie den Deckel der Oberseite der Milchpumpe „Symphony". Setzen Sie die Kappe mit der gelben Membran fest auf die Milchpumpenmembran im Gehäuse.

7 Weitere Informationen zum Abpumpen und Aufbewahren von Muttermilch finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Milchpumpe Symphony.

8 Abpumpvorgang starten.

Reinigung und Hygiene

Wichtig

Reinigen Sie die Teile, die mit Ihrer Brust und mit Muttermilch in Berührung gekommen sind, sofort nach dem Abpumpen, um das Eintrocknen von Milchresten und das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

Vor dem ersten Gebrauch

Dieses Pumpset ist ein Ready-to-Use Produkt. Das heißt, es ist hygienisch einwandfrei und kann ohne vorherige Reinigung sofort verwendet werden.

Nach jedem Gebrauch

1 Überprüfen Sie, ob sich Milch im Schlauch befindet. Wenn ja, muss das Pumpset ersetzt werden. Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:

2 Zerlegen Sie das Pumpset. Achtung: Auch das weiße Ventil muss vom Verbindungsstück entfernt werden.

3 Spülen Sie die Brusthaube, das Verbindungsstück und das weiße Ventil mit kaltem, klarem Wasser (ca. 20 °C) und reinigen Sie diese Teile anschließend mit viel warmem Wasser und einfachem Geschirrspülmittel (ca. 30 °C). Spülen Sie anschließend mit kaltem, klarem Wasser nach. Die anderen Bestandteile müssen nicht gereinigt werden.

4 Trocknen Sie die Teile mit einem sauberen Tuch. Legen Sie alle Teile in einen sauberen Aufbewahrungsbeutel (nicht luftdicht) oder an einen sauberen Ort.

Material: Brusthaube, Verbindungsstück, Kappe: Polypropylen. Weißes Ventil: thermoplastisches Elastomer. Schläuche: Polyvinylchlorid. Gelbe Membran: Silikon.
Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften.
CE-Kennzeichnung: gemäß 93/42/EWG

FR

Mode d'emploi — Set One-Day pour tire-lait Symphony Ready-to-Use

Indication

Le Set One-Day pour tire-lait Symphony Ready-to-Use a été conçu pour exprimer du lait maternel avec le tire-lait Medela Symphony. Il est par ailleurs destiné à être utilisé dans les hôpitaux et cliniques. Il est compatible avec tous les biberons Medela. Pour usage hospitalier. Le set pour tire-lait est un produit à **utilisation unique**, conçu pour une utilisation limitée : max. **8 séances d'expression et 24 heures**.

Importanti misure di sicurezza

Leggere le istruzioni prima dell'uso
Per la sicurezza e la salute del vostro bambino
ATTENZIONE!

- Non è possibile pulire il Set Symphony per tirate Symphony Ready-to-Use in autoclave per consentirne riutilizzo sicuro da parte di più utenti. L'uso da parte di più persone può esporre a rischi per la salute e causare contaminazione incrociata.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali Medela.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata prima del primo utilizzo.
- Controllare prima di ogni utilizzo. Gettare al primo segnale di deterioramento o usura.
- Non lasciare mai la confezione e i componenti incustoditi. Tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di problemi o dolori, consultare il proprio consulente per l'allattamento o il medico.

Informazioni sull'utilizzo

1 Prima di aprire la confezione, verificare che la **coppa per il seno sia della misura giusta.** Per le linee guida sulle dimensioni delle coppe per il seno fare riferimento alle istruzioni per l'uso di Symphony. Se necessario, scegliere un set per tiratate con coppa di un'altra misura. Le misure disponibili sono M (24 mm), L (27 mm) e XL (30 mm).

2 Aprire la confezione. Inserire il connettore nella coppa per il seno. Quindi spingere la valvola bianca sul connettore (se non già assemblato).

3 Avvitare una bottiglia raccoglilatte Medela al connettore. Scegliere una bottiglia che si adatti alle esigenze individuali. Le dimensioni disponibili sono 35, 80, 150 e 250 ml.

4 Spingere l'estremità aperta del tubicino sul componente sporgente situato nella parte posteriore del connettore.

5 Verificare che il tappo trasparente all'altra estremità del tubicino sia coperto dalla membrana gialla. In caso contrario, posizionare la membrana gialla con il lato arrotondato verso l'alto su una superficie piana. Spingere il coperchio sulla membrana gialla fino all'inserimento.

6 Aprire il coperchio della parte superiore del tiralatte Symphony. Posizionare saldamente il coperchio con la membrana gialla sulla membrana del tiralatte all'interno dell'alloggiamento.

7 Per ulteriori informazioni sull'estrazione e la conservazione del latte materno, leggere le istruzioni di Symphony.

8 Iniziare la sessione di estrazione.

Pulizia e misure igieniche

Importante

Pulire tutte le parti che entrano in contatto con il seno e con il latte subito dopo l'uso per evitare l'essiccazione dei residui di latte e prevenire la formazione di batteri.

Per la pulizia, usare acqua potabile.

Prima del primo impiego

Questo set per tiratate è un prodotto Ready-to-Use, pertanto è igienicamente sicuro. Non è necessario pulirlo prima del primo impiego.

Dopo ogni uso

1 Verificare se nel tubicino è presente del latte. In caso contrario, procedere nel modo seguente:

2 Smontare il set per tiratate. Tenere presente che occorre anche rimuovere la valvola bianca dal connettore.

3 Sciacquare la coppa per il seno, il connettore e la valvola bianca in acqua pulita fredda (circa 20 °C), quindi pulirli con abbondante acqua tiepida e un comune detergente per stoviglie (30 °C circa). Risciacquare con acqua fredda. Tenere presente che non è necessario pulire gli altri componenti.

4 Asciugare i componenti con un panno pulito. Riporre tutti i componenti in una borsa di conservazione (non ermetica) pulita o in un ambiente pulito.

Materiale: Coppa per il seno, connettore, coperchio: polipropilene. Valvola bianca: elastomero termoplastico. Tubicino: cloruro di polivinile. Membrana gialla: silicone.
Smaltimento: Conformemente alle disposizioni locali.
Marchio CE: Secondo la direttiva 93/42/CEE

IT

Istruzioni per l'uso — Set giornaliero per tiralatte Symphony Ready-to-Use

Destinazione d'uso

Il set giornaliero per tiralatte Symphony Ready-to-Use è destinato all'estrazione di latte materno con il tiralatte Medela Symphony. Il set per tiralatte è stato progettato per l'uso in ospedali e cliniche. È compatibile con tutte le bottiglie ospedaliere Medela. Il set per tiralatte è un prodotto **monouso** destinato a un unico paziente per un limitato numero di sessioni di estrazione in 24 ore.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees alle instructies vóór het gebruik
Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind
WAARSCHUWING

Het is niet mogelijk om de Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set te autoclaveren/steriliseren om deze daarna opnieuw te laten gebruiken door een andere moeder. Gebruik door meerdere personen kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen en kruisbesmetting veroorzaken.

- Gebruik alleen originele accessoires van Medela.
- Niet gebruiken als de verpakking vóór het eerste gebruik is geopend of beschadigd.
- Vóór elk gebruik inspecteren. Bij de eerste tekenen van beschadiging of verzwakking van het materiaal wegwerpen.
- De verpakking en onderdelen nooit onbeheerd achterlaten. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bij problemen/pijn een lactatiekundige of arts consulteren.

Gebruik

1 Controleer voordat u de verpakking opent of het **borstschild de juiste maat heeft**. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Symphony voor informatie hij het kiezen van de juiste maat borstschild. Kies indien nodig een afwijkend met een andere maat schild. Verkrijgbare maten zijn M (24 mm), L (27 mm) en XL (30 mm).

2 Open de verpakking. Druk de connector op het borstschild. Duw het witte ventiel op de connector (als deze nog niet in elkaar zijn gezet).

3 Schroef een collectiefles van Medela op de connector. Kies een fles die bij uw behoeften past. Verkrijgbaar in de maten 35, 80, 150 en 250 ml.

4 Druk het open einde van de slang op het uitstekende deel aan de achterkant van de connector.

5 Controleer of het gele membraan zich op de transparante kap aan het andere uiteinde van de slang bevindt. Is dit niet het geval, dan plaatst u het gele membraan met de ronde kant omhoog op een vlakke ondergrond. Druk de kap in het gele membraan totdat hij vastklikt.

6 Open het deksel van de Symphony borstkolf. Plaats de kap met het gele membraan stevig op het membraan van de borstkolf in de behuizing. Laat het membraan niet over het afvloeien en bewaren van moedermelk de gebruiksaanwijzing van de Symphony.

8 Begin met afkolven.

Reiniging en hygiëne

Belangrijk

Maak alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk onmiddellijk na het gebruik schoon om te voorkomen dat melkresten opdrogen en om de groei van bacteriën tegen te gaan.

Gebruik voor het reinigen alleen water van drinkwaterkwaliteit.

Voor het eerste gebruik

Deze afkolfset is een Ready-to-Use product, wat wil zeggen dat het hygiënisch is en veilig kan worden gebruikt zonder eerst te worden gereinigd.

Na iedere keer

1 Controleer of er melk in de slang zit. Vervang de afkolfset als dit het geval is. Is dit niet het geval, ga dan als volgt te werk:

2 Haal de afkolfset uit elkaar. Verwijder ook het witte ventiel van de connector.

3 Spoel het borstschild, de connector en het witte ventiel in koud, schoon water (ongeveer 20 °C) en maak ze schoon met ruim warm water en een standaard afwasmiddel (ongeveer 30 °C). Spoelen met koud, schoon water.

Let op: de andere onderdelen hoeven niet te worden gereinigd.

3 Droog de onderdelen met een schone doek. Bewaar alle onderdelen in een schone bewaarzak (niet luchtdicht) of in een schone omgeving.

Materiaal: Borstschild, connector, kap: polypropyleen. Wit ventiel: thermoplastisch elastomeer. Slangen: polyvinylchloride. Geel membraan: silicone.
Verwijderen: volgens lokale voorschriften.
CE-keurmerk: overeenkomstig 93/42/EEG

NL

Gebruiksaanwijzing voor de Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set

Beoogd gebruik

De Ready-to-Use One-Day Symphony Pump Set is bedoeld voor het afkolven van moedermelk met de Symphony borstkolf van Medela. Deze afkolfset is ontwikkeld voor gebruik in ziekenhuizen en klinieken. Het product kan worden gebruikt met alle zieken-huisflessen van Medela. De afkolfset is een product voor **één gebruiker**, dat is ontwikkeld voor beperkt gebruik (**maximaal 8 afkolfsessies binnen 24 uur**).

Leea ntes las instrucciones antes de utilizar el producto
Para la seguridad y la salud de su bebé
ADVERTENCIA

- No es posible esterilizar en autoclave el kit de extractor de un día Ready-to-Use Symphony para garantizar una esterilización segura para varios usuarios. Compartirlo con otras personas puede conllevar riesgos para la salud y podría causar contaminación cruzada.
- Utilice solamente accesorios originales de Medela.
- No utilice este producto si el embalaje está abierto o dañado antes del primer uso.
- Inspeccionelo antes de cada uso. Deséchelo ante los primeros signos de deterioro o desgaste.
- Nunca deje el embalaje y los componentes sin supervisión. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Si surgen problemas o si siente dolor, póngase en contacto con su consultora de lactancia o con su médico.

Modo de empleo

1 Antes de abrir el embalaje, compruebe que el **embudo es de la talla adecuada**. Para obtener directrices sobre la adaptación del embudo, consulte las instrucciones de Symphony. En caso necesario, elija un kit de extracción con otra talla de embudo. Las tallas disponibles son M (24 mm), L (27 mm) y XL (30 mm).

2 Abra el embalaje. Ajuste el conector en el embudo. Después ajuste la válvula blanca en el conector (si no están ensambladas ya).

3 Enrosque un biberón de hospital de Medela en el conector. Escoja un biberón que se ajuste a sus necesidades. Los tamaños disponibles son 35, 80, 150 y 250 ml.

4 Encaje el extremo abierto del tubo sobre la parte saliente en la parte posterior del conector.

5 Compruebe que la tapa transparente del otro extremo del tubo esté cubierta por la membrana amarela. De lo contrario, coloque la membrana amarilla con el lado redondo hacia arriba sobre una superficie llana. Introduzca la tapa en la membrana amarilla hasta que encaje.

6 Abra la tapa de la parte superior del extractor de leche Symphony. Coloque la tapa con la membrana amarilla firmemente sobre la membrana del extractor de leche dentro de la carcasa.

7 Para obtener más información sobre la extracción y el almacenamiento de leche materna, consulte las instrucciones de Symphony.

8 Inicie la extracción.

Limpieza e higiene

Importante

Limpie todas las piezas que estén en contacto con el pecho y la leche materna inmediatamente tras su uso para evitar que se sequen los restos de leche y para evitar el desarrollo de bacterias.

Utilice agua potable para la limpieza.

Antes del primer uso

Este kit de extractor es un producto Ready-to-Use, lo que significa que es higiénicamente seguro de usar sin limpieza previa.

Después de cada uso

1 Compruebe si hay leche en el tubo. En caso afirmativo, sustituya el kit de extracción. En caso negativo, proceda de la siguiente manera.

2 Desmonte el kit de extracción. Tenga en que también debe retirar la válvula blanca del conector.

3 Enjuague el embudo, el conector y la válvula blanca con agua limpia y fría (aprox. 20 °C). Después lávelos con abundante agua tibia y lavavajillas líquido básico (aprox. 30 °C). Enjuague con agua limpia y fría.

El resto de piezas no necesitan limpieza.

4 Seque las piezas con un paño limpio. Deposite todas las piezas en una bolsa de conservación (no hermética) limpia o en un entorno limpio.

Material: Embudo, conector, tapa: polipropileno. Válvula blanca: elastómero termoplástico. Tubo: policloruro de vinilo. Membrana amarilla: silicona.
Eliminación Según reglamentación local.
Marcado CE: Según 93/42/CEE

ES

Instrucciones de uso — Kit de extractor de un día Ready-to-Use Symphony

Uso previsto

El kit de extractor de un día Ready-to-Use Symphony está diseñado para extraer leche materna con el extractor de leche Symphony de Medela. El kit de extractor está diseñado para su uso en hospitales y clínicas. Es compatible con cualquier frasco hospitalario de Medela. El kit de extractor es un producto para **una única utilización**, destinado a ser usado por un número limitado de usos (hasta **8 sesiones de extracción en 24 horas**).

Medidas de seguridad importantes

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto
Para la seguridad y la salud de su bebé
ADVERTENCIA

- No es posible esterilizar en autoclave el kit de extractor de un día Ready-to-Use Symphony para garantizar una esterilización segura para varios usuarios. Compartirlo con otras personas puede conllevar riesgos para la salud y podría causar contaminación cruzada.
- Utilice solamente accesorios originales de Medela.
- No utilice este producto si el embalaje está abierto o dañado antes del primer uso.
- Inspeccionelo antes de cada uso. Deséchelo ante los primeros signos de deterioro o desgaste.
- Nunca deje el embalaje y los componentes sin supervisión. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Si surgen problemas o si siente dolor, póngase en contacto con su consultora de lactancia o con su médico.

Modo de empleo

1 Antes de abrir el embalaje, compruebe que el **embudo es de la talla adecuada**. Para obtener directrices sobre la adaptación del embudo, consulte las instrucciones de Symphony. En caso necesario, elija un kit de extracción con otra talla de embudo. Las tallas disponibles son M (24 mm), L (27 mm) y XL (30 mm).

2 Abra el embalaje. Ajuste el conector en el embudo. Después ajuste la válvula blanca en el conector (si no están ensambladas ya).

3 Enrosque un biberón de hospital de Medela en el conector. Escoja un biberón que se ajuste a sus necesidades. Los tamaños disponibles son 35, 80, 150 y 250 ml.

4 Encaje el extremo abierto del tubo sobre la parte saliente en la parte posterior del conector.

5 Compruebe que la tapa transparente del otro extremo del tubo esté cubierta por la membrana amarela. De lo contrario, coloque la membrana amarilla con el lado redondo hacia arriba sobre una superficie llana. Introduzca la tapa en la membrana amarilla hasta que encaje.

6 Abra la tapa de la parte superior del extractor de leche Symphony. Coloque la tapa con la membrana amarilla firmemente sobre la membrana del extractor de leche dentro de la carcasa.

7 Para obtener más información sobre la extracción y el almacenamiento de leche materna, consulte las instrucciones de Symphony.

8 Inicie la extracción.

Limpieza e higiene

Importante

Limpie todas las piezas que estén en contacto con el pecho y la leche materna inmediatamente tras su uso para evitar que se sequen los restos de leche y para evitar el desarrollo de bacterias.

Utilice agua potable para la limpieza.

Antes del primer uso

Este kit de extractor es un producto Ready-to-Use, lo que significa que es higiénicamente seguro de usar sin limpieza previa.

Después de cada uso

1 Compruebe si hay leche en el tubo. En caso afirmativo, sustituya el kit de extracción. En caso negativo, proceda de la siguiente manera.

2 Desmonte el kit de extracción. Tenga en que también debe retirar la válvula blanca del conector.

3 Enjuague el embudo, el conector y la válvula blanca con agua limpia y fría (aprox. 20 °C). Después lávelos con abundante agua tibia y lavavajillas líquido básico (aprox. 30 °C). Enjuague con agua limpia y fría.

El resto de piezas no necesitan limpieza.

4 Seque las piezas con un paño limpio. Deposite todas las piezas en una bolsa de conservación (no hermética) limpia o en un entorno limpio.

Material: Embudo, conector, tapa: polipropileno. Válvula blanca: elastómero termoplástico. Tubo: policloruro de vinilo. Membrana amarilla: silicona.
Eliminación Según reglamentación local.
Marcado CE: Según 93/42/CEE

PT

Instruções de utilização — Kit de extração Symphony "Ready-to-Use" de um dia

Finalidade

O Kit de extração Symphony "Ready-to-Use" de um dia destina-se à extração de leite materno com o extrator Symphony da Medela. O kit de extração foi concebido para utilização em hospitais e clínicas. É compatível com qualquer frasco hospitalar da Medela. O kit de extração é um produto para **uma única utilização**, destinado a ser usado por um número limitado de usos (hasta **8 sessões de extração em 24 horas**).

Precauções importantes

Leia atentamente as instruções antes de usar
Para a segurança e saúde do seu bebé
AVISO

- Não é possível a autoclavagem do Kit de extração Symphony "Ready-to-Use" de um dia para o uso seguro por diferentes utilizadores. O uso por mais do que uma pessoa pode representar um risco para a saúde e poderá causar contaminação cruzada.
- Utilize exclusivamente acessórios originais Medela.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada antes da primeira utilização.
- Inspecione antes de cada utilização. Elimine aos primeiros sinais de danos ou desgaste.
- Nunca deixe as embalagens e componentes sem supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Se surgirem problemas ou dor, consulte o seu consultor em aleitamento ou o médico.

Como utilizar

1 Antes de abrir a embalagem, verifique que o **tamanho do funil é o adequado**. Para orientações quanto à escolha do funil, consulte as instruções do utilizador da Symphony. Para obter mais informações sobre a adaptação do funil, consulte um kit de extração com outro tamanho de funil. Tamanhos de funil disponíveis M (24mm), L (27mm) e XL (30mm).

2 Abra a embalagem. Empurre o conector para encaixar no funil. De seguida, empurre a válvula branca no conector (caso ainda não esteja montada).

3 Enrosque um frasco hospitalar Medela no conector. Escolha um frasco adequado às suas necessidades. Os tamanhos disponíveis são 35, 80, 150 e 250 ml.

4 Empurre a ponta do tubo na parte saliente situada na parte de trás do conector.

5 Verifique que a tampa transparente na outra ponta do tubo está coberta pela membrana amarela. Caso contrário, coloque a membrana amarela com o lado redondo para cima numa superfície plana. Empurre a tampa na ranhura da membrana amarela até que fiquem encaixadas.

6 Abra a tampa na parte superior do extrator Symphony. Coloque a tampa com a membrana amarela firmemente sobre a membrana do extrator, no interior da caixa.

7 Para mais informações sobre como extrair e armazenar leite materno, leia as instruções da Symphony.

8 Inicie a extração.

Limpeza e higiene

Importante

Limpe todas as peças que estejam em contacto com o seio e com o leite materno imediatamente após a utilização, para evitar que o leite seque e para prevenir o desenvolvimento de bactérias.

Utilize água potável para limpar.

Antes da primeira utilização

O kit de extração é um produto "Ready-to-Use", ou seja, é higienicamente seguro para utilização sem limpeza prévia.

Após cada utilização

1 Verifique se há leite no tubo. Caso isso aconteça, substitua o kit de extração. Em caso negativo, proceda da seguinte forma:

2 Desmonte o kit de extração. Note que deve também remover a válvula branca do conector.

3 Passe o funil, o conector e a válvula branca por água fria limpa (cerca de 20°C). De seguida, lave com quantidades abundantes de água morna e detergente para loiça (cerca de 30 °C). Enxague com água fria e limpa.

Note que todas as outras peças não necessitam de ser limpas.

4 Seque as peças com uma toalha limpa. Coloque todas as peças num saco limpo (não hermético) para armazenagem ou num ambiente limpo.

Material: Funil, conector, tampa: polipropileno. Válvula branca: elastómero termoplástico. Tubo: cloreto de polivinilo. Membrana amarela: silicone.
Eliminação: Conforme regulamentação local.
Marca CE: conforme ao regulamento 93/42/CEE

EL

Οδηγίες χρήσης — Σετ άντλησης Ready-to-Use, One-Day, για τα θήλαστρα Symphony

Χρήση για την οποία προορίζεται

Το Σετ άντλησης Ready-to-Use, One-Day, για το θήλαστρα Symphony προορίζεται για την άντληση μητρικού γάλακτος με το θήλαστρο Symphony της Medela. Το σετ άντλησης είναι σχεδιασμένο για χρήση σε νοσοκομεία και κλινικές. Είναι συμβατό με όλες τις φιάλες μητρικού γάλακτος νοσοκομειακού τύπου της Medela. Το σετ άντλησης είναι ένα προϊόν για **μία μόνο χρήση** από **ένα μόνο χρήστη** και προορίζεται για χρήση μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό φορών – **μέχρι 8 συνεδρίες άντλησης μητρικού γάλακτος μέσα σε 24 ώρες**.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Δεν επιτρέπεται η αποστείρωση του Σετ άντλησης Ready-to-Use, One-Day για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του από διαφορετικούς χρήστες. Η χρήση από περισσότερα του ενός άτομα ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και θα μπορούσε να προκαλέσει επιμόλυνση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά εξαρτήματα της Medela.
- Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά, μην από την πρώτη χρήση, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. Με τα πρώτα σημάδια ζημιάς ή αστοχίας, απορρίψτε.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευασία και τα μέρη χωρίς επιτήρηση. Φυλάσσετε τα μακριά από τα παιδιά.
- Εάν προκύψουν προβλήματα ή πόνος, συμβουλευτείτε τον/την ειδικό/ή σύμβουλο ή τον παθολόγο σας.

Οδηγίες χρήσης

1 Πριν ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι **η γιάχη έχει το κατάλληλο μέγεθος**. Για οδηγίες σχετικά με την επιλογή κατάλληλου μεγέθους γιάχη, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του θηλάστρου Symphony. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε ένα Σετ άντλησης με άλλο μέγεθος γιάχη. Τα διαθέσιμα μεγέθη είναι: S, M (24 mm), L (27 mm) και XL (30 mm).

2 Ανοίξτε τη συσκευασία. Πιέστε το συνδετικό κάνα στη γιάχη. Κατόπιν, πιέστε τη λευκή βαλβίδα στο συνδετικό κάνα (εάν δεν έχουν ήδη συναρμολογηθεί).

3 Βιδώστε μια νοσοκομειακού τύπου φιάλη της Medela στο συνδετικό κάνα. Επιλέξτε μια φιάλη που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Τα διαθέσιμα μεγέθη είναι: 35, 80, 150 και 250 ml.

4 Πιέστε το ανοικτό άκρο της σωλήνωσης πάνω στο προεξέχον τμήμα στο πίσω μέρος του συνδετικού κάνα.

5 Βεβαιωθείτε ότι το διαφανές κάλυμμα στο άλλο άκρο της σωλήνωσης καλύπτεται από την κίτρινη μεμβράνη. Αν δεν συμβαίνει, τοποθετήστε την κίτρινη μεμβράνη με τη στρογγυλή πλευρά του πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Πιέστε το κάλυμμα μέχρι στην κίτρινη μεμβράνη, μέχρι να "κουμπώσει" στη θέση του.

6 Ανοίξτε το καπάκι στο πάνω μέρος του θηλάστρου Symphony. Τοποθετήστε το κάλυμμα με την κίτρινη μεμβράνη με δύναμη πάνω στη μεμβράνη του θηλάστρου, μέσα στο περίβλημα.

7 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άντλησης και φύλαξης μητρικού γάλακτος, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του θηλάστρου Symphony.

8 Αρχίστε την άντληση.

Καθαρισμός και υγιεινή

Σημαντικό

Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα, που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα και το στήθος, αμέσως μετά τη χρήση, διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν υπολείμματα γάλακτος και να αποτραπεί η ανάπτυξη βακτηρίων.

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό.

Πριν από την πρώτη χρήση

Αυτό το σετ άντλησης είναι προϊόν "Ready-to-Use", που σημαίνει ότι είναι ασφαλές, από πλευράς υγιεινής, για χρήση χωρίς να απαιτείται προηγουμένως καθαρισμός.

Μετά από κάθε χρήση

1 Ελέγξτε εάν υπάρχει γάλα στη σωλήνωση. Αν ναι, αντικαταστήστε το σετ άντλησης. Σημειώστε ότι θα πρέπει να αφαιρέσετε και τη λευκή βαλβίδα από τον συνδετικό.

2 Αποσυναρμολογήστε το σετ άντλησης. Σημειώστε ότι πρέπει να αφαιρέσετε και τη λευκή βαλβίδα από τον συνδετικό.

3 Ξεπλύνετε τη γιάχη, το συνδετικό και τη λευκή βαλβίδα με κρύο καθαρό νερό (θερμοκρασία: 20 °C περίπου), στη συνέχεια με άφθονο ζεστό νερό με αφρώδες υγρό για πλύσιμο πιάτων (θερμοκρασία: 30 °C περίπου). Ξεπλύνετε με κρύο, καθαρό νερό. Σημειώστε ότι τα υπόλοιπα μέρη δεν χρειάζονται καθάρισμα.

4 Στεγνώστε τα εξαρτήματα με μια καθαρή πετσέτα. Τοποθετήστε όλα τα μέρη μέσα σε καθαρό βάνο αποθήκευσης (όχι αεροστεγή) ή σε καθαρό περιβάλλον.

Υλικό κατασκευής: Χάνες, συνδετικό, κάλυμμα: πολυπροπυλένιο. Λευκή βαλβίδα: θερμοπλαστικό ελαστομερές. Σωλήνες: πολυβινυλοχλωρίδιο. Κίτρινη μεμβράνη: σιλικόνη.
Απόρριψη: Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Σήμανση CE: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ

AR

تعليمات الاستخدام — مجموعة مضخة الاستخدام الواحد لليوم الواحد Ready-to-Use Symphony

الاستخدام المقصود

إن الغرض من مجموعة مضخة الاستخدام الواحد لليوم الواحد Ready-to-Use Symphony هو تعبير حليب الثدي بواسطة مضخة الثدي Symphony من Medela. تم تصميم مجموعة المضخة للاستخدام في المستشفيات والعيادات. إنها متوافقة مع أي قنينة خاصة بالمستشفى من Medela. مجموعة المضخة مخصصة **للاستخدام** فقط من قبل شخص واحد، **وهي** مصممة للاستخدام لعدد محدد من الاستخدام - حتى **8 جلسات ضخ خلال 24 ساعة**.

إجراءات وقائية مهمة

اقرئي جميع التعليمات قبل الاستخدام
سلامة طفلك أمر مهم
تحذير

- لا يمكن تعقيم مجموعة مضخة الاستخدام الواحد لليوم الواحد Ready-to-Use One-Day من Symphony بالبخار بشكل آمن بين مستخدمين مختلفين. عند قيام أكثر من شخص واحد باستخدامها، فإن ذلك يشكل خطرًا على الصحة ويمكن أن يتسبب في التلوث التبادلي.
- استخدمي فقط الملحقات الأصلية فقط من Medela.
- لا تقومي بالاستخدام إذا كانت العبوة مفتوحة أو تالفة قبل الاستخدام الأول.
- افحصي قبل كل استخدام. تخلصي من المنتج عند أول مظاهره أي علامات للتلف أو الضعف.
- لا تتركي العبوة والمكونات دون رقابة أبدًا. احفظيها بعيدًا عن متناول الأطفال.
- استشيري اختصاصية الرضاعة أو الطبيب، في حالة حدوث أي مشاكل أو آلام.

كيفية الاستخدام

1 تحققي من أن **حجم مجال الثدي هو الحجم الصحيح**. قبل فتح العبوة، راجعي إرشادات الاستخدام الخاصة بمضخة الثدي Symphony لمعرفة ذلك. إذا لزم الأمر، اختاري مجموعة مضخة بمجال ثدي بحجم آخر. الأحجام المتوفرة هي متوسط (M) 24 ملم، كبير (L) 27 ملم وكبير جدًا (XL) 30 ملم.

2 افتحي العبوة. ادفعي الموصل على مجال الثدي. ادفعي الصمام على الموصل (إذا لم يكن مجمعًا).

3 ركبي القنينة الخاصة بالمستشفى من Medela على الموصل. اختاري القنينة التي تناسب احتياجاتك. الأحجام المتوفرة هي 35 مل، 80 مل، 150 مل و250 مل.

4

FI

Käyttöohjeet – Yhden päivän Ready-to-Use Symphony -pumppupaikkaus

Käyttötarkoitus

Yhden päivän Ready-to-Use Symphony -pumppupaikkaus on tarkoitettu rintamaidon lypsämiseen Medela Symphony -imulypsimellä. Pumppupaikkaus on suunniteltu käyttötilanteisiin säännöllisessä ja terveyden ylläpitämiseksi tarkoitetussa lypsämisessä ja terveydenhuollossa. Se on yhteensopiva kaikkien Medelan varsinaisyksiköiden kanssa. Pumppupaikkaus on **yhden henkilön käyttöön** tarkoitettu tuote. Se on tarkoitettu lypsämiseen enintään käyttöhetkeä – enintään **8 pumpausjaksoa 24 tunnin sisällä**.

Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä
Lapsesi turvallisuuden ja terveyden vuoksi
VAROITUS
1) Yhden päivän Ready-to-Use Symphony -pumppupaikkausta ei voi sterilisoida autoklaavilla turvallista uudelleenkäyttöä varten eikä lypsämisen välillä. Jos pumppua käytetään useampi henkilö, seurauksena voi olla terveyteesi ja isntrumentteihisi.
2) Käytä vain Medelan alkuperäisvaraosia.
3) Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut ennen ensimmäistä käyttökertaa.
4) Tarkasta ennen jokaista käyttöä, että kaikki polttoon reiti hiuttamattasi ensimmäiset vaurioiden tai heikkojohtien merkit.
5) Älä koskaan jätä pakkausta tai osia vahomatta. Pidä ne poissa lasten ulottuvista.
6) Jos sinulla on ongelmia tai tunnet kipua, ota yhteys imetysohjaajaan tai lääkäriin.

Oikea käyttö

1 Tarkista ennen pakkauksen avaamista, että **rintakuppi on oikean kokoinen**. Katso rintakuppien asennusohjeet Symphony -käyttöohjeesta. Valitse tarvittaessa pumppupakkaus, jonka rintakuppi sopii kokoon on tainen. Saatavilla olevat koot ovat M (24 mm), L (27 mm) and XL (30 mm).
2 Avaa pakkaus. Työnnä välikappale rintakuppiin. Työnnä silikonivalkoinen venttiili välikappaleeseen (jos sitä ei ole vielä koottu).
3 Kierrä Medela-sairaalpullo kiinni välikappaleeseen. Valitse tarpeesi mukaan koko. Saatavilla olevat koot ovat 35, 80, 150 ja 250 ml.
4 Työnnä letkun avoin pää välikappaleen takana olevaan ulostulonippaan (kuva 1).
5 Tarkista, että letkun toisessa päässä oleva läpinäkyvä kynä kokee on kattaisen kalvon päällimmäisenä. Jos niin ei ole, aseta kelvaton kalvo pyöreä puoli yöspäin tasaisille pinnalle. Työnnä korkkia kaltaisen kalvon, kunnes se tiartuu kiinni.
6 Avaa Symphony-rintapumpun päällä oleva kansi. Aseta korkki kelta sen kanssa lujasti kotelon sisällä olevan rintapumpun kalvon päälle.
7 Lisätietoja rintamaidon lypsämisestä ja säilyttämisestä on Symphony ohjeissa.
8 Aseta pumppukansi.

Puhdistaminen ja hygienia

Tärkeää
1 Puhdista kaikki rinnan ja rintamaidon kanssa kosketuksiin tulevat osat välittömästi lypsämisen jälkeen mäidon jäänteiden kuivumisen ja bakteerien kasvun estämiseksi.
2 Käytä puhdistukseen jauomaideksi kelpaavaa vettä.

Ennen ensimmäistä käyttöä
Tämä pumppupakkaus on Ready-to-Use -tuote, mikä tarkoittaa, että sitä on hygieenisesti turvallista käyttää puhdistamatta ensin.

Jokaisen käyttökerran jälkeen
1 Tarkista, ettei letkussa ole tukoksia. Jos on, vaihda pumppupakkaus. Jos ei, jatka seuraavasti:
2 Pura pumppupakkaus. Huomaa, että valkoinen venttiili pitää myös irrottaa välikappaleesta.
3 Huuhtele rintakuppi, välikappale ja valkoinen venttiili kylmällä (n. 20 °C) puhtaalla vedellä ja puhdista ne sitten runsaalla määrällä lämmintä vettä ja normaalia astianpesuainetta (n. 30 °C). Huuhtele kylmällä puhtaalla vedellä.
Huomaa, että muita osia ei tarvitse puhdistaa.
4 Kuivaa osat puhtaalla pyyhkeellä. Laita kaikki osat puhtaaseen säilytyspussiin (ei ilmatiiviiseen) tai puhtaaseen ympäristöön.

Materiaali: Rintakuppi, välikappale, korkki: polypropyleeni. Valvokoneen venttiili: termoplastinen elastomeeri. Letku: polyvinyylikloridi. Kelteinen kalvo: silikoni.
Hävittäminen: Paikallisten määräysten mukaisesti
CE-merkintä: Direktiivin 93/42/ETY mukaisesti

NO

Bruksanvisning for Ready-to-Use-One-Day Symphony pumpesett

Bruksmåte

Ready-to-Use One-Day Symphony pumpesett er beregnet til å pumpe ut morsmelk med Medela Symphony brystpumpe. Pumpesettet er utviklet for bruk på sykehus og klinikker. Det er kompatibelt med alle Medelas sykehusflasker. Pumpesettet er et produkt for **en bruker** som er ment å brukes til begrenset antall ganger - opptil **åtte pumpeøkter innen 24 timer**.

Viktige sikkerhetsregler

Les hele bruksanvisningen før bruk
Av hensyn til barnets sikkerhet og helse
ADVARSEL
1) Det er ikke mulig å autoklavere Ready-to-Use One-Day Symphony pumpesett for sikker bruk av flere personer. Bruk av mer enn en person kan føre til infeksjon av brystene og fare til kryssinfektering.
2 Bruk kun originaldeler fra Medela.
3 Må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet før første gangs bruk.
4 Kontroller produktet før hver bruk: Kastes ved første tegn på skade eller svekket.
5 Oppbevar aldri emballasje og deler uten tilsyn. Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
6 Hvis du opplever problemer eller smerte ved bruk, må du ta kontakt med helsepersonell.

Bruk av produktet

1 Før du fjerner emballasjen, må du kontrollere at **brystraktelen har riktig størrelse Brystraktstørrelser**, se bruksanvisningen for Symphony. Dersom det er nødvendig, velger du et pumpesett med brystskjold i en annen størrelse. Finnes i størrelsene S (24 mm), L (27 mm) og XL (30 mm).
2 Åpne pakken. Fest brystraktelen på koblingsstykket. Fest den hvite ventilen på koblingsstykket (med mindre det allerede er festet ved montering).
3 Skru en Medela sykehusflaske på koblingsstykket. Velg en flaske som passer til behovet. Tilgjengelige størrelser er 35, 80, 150 og 250 ml.
4 Press den åpne enden av slangen over den utstikkende delen bak koblingsstykket (fig. 1).
5 Sjekk at den gjennomskitige membranhatten i den andre enden av slangen er dekket av den gule beskyttelsesmembranen. Hvis ikke, plasserer du den gule beskyttelsesmembranen med den runde siden opp på en jevn overflate. Fest membranhatten på den gule beskyttelsesmembranen til det sitter fast.
6 Åpne lokket på toppen av Symphony brystpumpe. Fest membranhatten med den gule beskyttelsesmembranen godt over membranenheten i pumpehuset.
7 Se Symphony bruksanvisning for mer informasjon om oppsamling og håndtering av morsmelk.
8 Start pumping.

Rengjøring og hygiene

Viktig
1 Rengjør alle deler som kommer i kontakt med bryst og morsmelk umiddelbart etter bruk for å unngå at melkerester tørker, og at det danner seg bakterier
2 Bruk bare vann av drikkevannskvalitet til rengjøring.

Før første gangs bruk
Dette pumpesettet er et Ready-to-Use produkt, noe som betyr at det er hygienisk trygt å bruke uten å rengjøre det på forhånd

Etter hver bruk
1 Sjekk om det er melk i slangen. Hvis det er tilfellet, bytter du ut pumpesettet. Hvis ikke, gjør du som følger:
2 Demonter pumpesettet. Fjern også den hvite ventilmembranen fra brystskjoldet.
3 Skyll brystskjoldet, koblingsstykket og den hvite ventilen i kaldt rent vann (ca. 20°C), drertter vasker du dem i rikelige mengder varmt vann og vanlig oppvaskmiddel (ca. 30 °C). Skyll med kaldt klart vann.
Det er ikke nødvendig å rengjøre de andre delene.
4 Tørk delene med en ren håndduk. Legg alle delene i en ren oppbevaringspose (ikke lufttett) eller på et rent sted.

Materiale: Brystskjold, koblingsstykke, membranhatt: polypropylen. Hvit ventil: termoplastisk elastomer. Slange: polyvinylklorid. Gul beskyttelsesmembran: silikon.
Kassering: I henhold til lokale bestemmelser.
CE-direktiver: I henhold til 93/42/EEC

PL

Instrukcja obsługi zestawu do odciągania Ready-to-Use Symphony

Przeznaczenie

Jednodniowy zestaw do odciągania Ready-to-Use Symphony jest przeznaczony do odciągania mleka matki za pomocą odciągacza piersiowego Symphony firmy Medela. Zestaw do odciągania zaprojektowano do użytku w szpitalach i klinikach. Pasuje do wszystkich butelek szpitalnych firmy Medela. Zestaw do odciągania to produkt przeznaczony dla **jednej osoby**, do wielokrotnego użytku przez zastosowanie – aż do **8 sesji odciągania w ciągu 24 godzin**.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE
1) Nie ma możliwości autoklawowania jednodniowego zestawu do odciągania Ready-to-Use Symphony w celu bezpiecznego, wielokrotnego użytku przez kolejne użytkowniczki. Używanie przez więcej niż jedną osobę może stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować zakażenia krzyżowe.
2 Stosować tylko oryginalne akcesoria firmy Medela.
3 Nie stosować, jeśli opakowanie uszkodzi oryginalne opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.
4 Sprawdzić przed kążdym użyciem. Wyrzucić po wystąpieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia.
5 Opakowania ani elementów nigdy nie pozostawiać bez nadzoru. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
6 W przypadku wystąpienia bólu w czasie odciągania należy skontaktować się ze specjalistą ds. laktacji lub lekarzem.

Jak użyć

1 Należy sprawdzić przed otworzeniem opakowania, czy **rozmiar lejka jest właściwy**. Wskazówki dotyczące samooceny znajdują się w instrukcji obsługi odciągacza pokarmu Symphony. Jeśli to konieczne, wybrać zestaw do odciągania o innym rozmiarze lejka. Dostępne rozmiary to M (24 mm), L (27 mm) i XL (30 mm).
2 Otworzyć opakowanie. Wcisnąć uchwyt lejka na lejek. Następnie wcisnąć biały zawornik na uchwyt lejka (o nie nie zmontowano wcześniej).
3 Nakręcić butelkę szpitalną firmy Medela na uchwyt lejka. Wybrać butelkę dopasowaną do potrzeb. Dostępne rozmiary to 35, 80, 150 i 250 ml.
4 Wcisnąć otwarty koniec węża na wystający zgięty z tyłu uchwyty lejka.
5 Należy sprawdzić, czy przezroczysta nasadka na drugim końcu drenu jest zamknięta żółtą membraną. Jeśli nie, umieścić membranę, z okrągłą stroną skierowaną na górze, na płaskiej powierzchni. Wcisnąć nasadkę na żółtą membranę, aż zablokuje się na miejscu.
6 Otworzyć pokrywę na górnej części odciągacza pokarmu Symphony. Umieścić dokładnie nasadkę żółtej membrany na membranie odciągacza pokarmu wewnątrz obudowy.
Należy zapoznać się z instrukcją na temat sposobu odciągania z przechowywania mleka matki, należy przeczytać instrukcje do odciągacza pokarmu Symphony.
7 Rozpocząć odciąganie.

Czyszczenie i higiena

Ważne
1 Natychmiast po użyciu umyć wszystkie części, które miały kontakt ze skórą oraz mlekiem matki, w celu uniknięcia zaschnięcia pozostałości mleka oraz zapobiegania namnażaniu się bakterii.
2 Do mycia używać wody pitnej.

Przed pierwszym użyciem
Niniejszy zestaw do odciągania to produkt Ready-to-Use, czyli dotknięcia. Oznacza, że jest w pełni higieniczny i można go bezpiecznie używać bez wcześniejszego czyszczenia.

Po każdym użyciu
1 Sprawdzić, czy w drenach znajduje się mleko. Jeśli tak, należy wymienić zestaw do odciągania. Jeśli nie, należy postępować zgodnie z instrukcją:
2 Rozłożyć zestaw do odciągania. Zwrócić uwagę, że należy również zdjąć biały zawornik z uchwytu lejka.
3 Przepłukać lejek, uchwyt lejka oraz biały zawornik w zimnej czystej wodzie w temp. ok. 20°C), a następnie umyć je w dużej ilości ciepłej wody ze zwykłym płynem do mycia naczyń (o temp. ok. 30°C).
Przepłukać w zimnej czystej wodzie.
Należy zwrócić uwagę, że pozostałe części nie wymagają mycia.
4 Wysuszyć części przy pomocy czystego ręcznika.
Umieścić wszystkie części w czystym worku (niehermetycznym) do przechowywania lub w czystym otoczeniu.

Tworzywo: Lejek, uchwyt lejka, nasadka: polipropylen. Biały zawornik: elastomer termoplastyczny.
Dreny: chlorek polwinylu. Żółta membrana: silikon.
Utylizacja: Zgodnie z lokalnymi przepisami.
Oznakowanie CE: Zgodnie z 93/42/EWG

RU

Инструкция по эксплуатации Набора для сцеживания Ready-to-Use One-Day Symphony

Назначение

Набор для сцеживания Ready-to-Use One-Day Symphony предназначен для сцеживания груди молока с помощью молокоотсоса Medela Symphony. Набор предназначен для использования в больницах и клиниках. Подходит для всех бутылочек для кормления Medela. Набор для сцеживания предназначен для использования **одним** человеком – не более **8 сцеживаний в течение 24 часов**.

Правила безопасности

Полностью прочитайте инструкцию перед началом использования.
Для безопасности и здоровья вашего ребенка
ОСТОРОЖНО!
1) Запрещается обработка набора для сцеживания Ready-to-Use One-Day Symphony в автоклаве, так как он не предназначен для безопасного повторного применения несколькими пользователями. Использование набора для сцеживания двумя людьми и более может быть опасным с точки зрения здоровья и может привести к перекрестному инфицированию.
2 Используйте только оригинальные принадлежности Medela.
3 Запрещается использовать изделие, если его упаковка открыта или повреждена.
4 Перед каждым применением тщательно осмотрите изделие. При первых признаках повреждения или износа изделие следует утилизировать.
5 Не оставляйте упаковку или компоненты изделия без присмотра. Беречь от детей.
6 В случае возникновения проблем или болевого синдрома проконсультируйтесь с лечащего врача или специалиста по грудному вскармливанию.

Порядок действий

1 Прежде чем открыть упаковку, убедитесь, что **воронка имеет нужный размер.** Указания по подбору размера воронки см. в инструкции по эксплуатации молокоотсоса Symphony. В случае необходимости следует выбрать набор для сцеживания с воронкой другого размера. Предлагаемые размеры: M (24 мм), L (27 мм) и XL (30 мм).
2 Откройте упаковку. Наденьте коннектор на воронку. Затем установите клапан на коннектор (если сборка не была произведена ранее).
3 Присоедините бутылочку Symphony Medela к коннектору. Выберите подходящую бутылочку. Предлагаемые размеры: 35, 80, 150 и 250 мл.
4 Протяните открытый конец трубки наружу, выступающий с тыльной стороны коннектора.
5 Проверьте, закрыт ли прозрачной мембраной другой конец трубки желтой мембраной. Если нет, положите желтую мембрану круглой стороной вверх на ровную поверхность. Вставьте коннектор на мембрану, пока не защелкнется.
6 Откройте крышку на верхней части молокоотсоса Symphony. Плотно установите коннектор желтой мембраны на молокоотсосе Symphony.
Ознакомьтесь с инструкцией на тему правильного сцеживания и хранения грудного молока и изучите инструкцию к молокоотсосу Symphony.
7 Начинайте процесс сцеживания.

Очистка и обработка

Важно
1 Немедленно после сцеживания промойте все части, которые соприкасались с грудью и грудным молоком, чтобы предотвратить высыхание остатков молока и размножение бактерий.
2 Для очистки устройства следует использовать исключительно питьевую воду.

Перед первым использованием
Данный набор для сцеживания – набор Ready-to-Use, т. е. он готов к использованию сразу после вскрытия и не требует обработки перед использованием.

После каждого использования
1 Проверьте, остались ли в трубках грудное молоко. Если молоко осталось, необходимо заменить набор для сцеживания. Если молока не осталось, следуйте инструкциям, приведенным ниже:
2 Разберите набор для сцеживания. Обратите внимание на то, что клапан необходимо извлечь белый клапан из коннектора.
3 Промойте воронку, коннектор и белый клапан чистой холодной водой (около 20 °C), а затем промойте все детали большим количеством теплой воды с использованием средства для посуды (при температуре около 30 °C). Прополощите холодной чистой водой. Обратите внимание на то, что остальные детали очищать не нужно.
4 Просушите детали чистым полотенцем. Поместите все детали в чистый (негерметичный) пакет для хранения или в чистое место.

Состав: Воронка, коннектор, клапан: полипропилен. Клапан белый эластомер термопластичный. Трубки: поливинилхлорид. Желтая мембрана: силикон.
Утилизация: В соответствии с местными законодательством.
Маркировка ЕС: В соответствии с 93/42/ЕЕС

HU

Használati utasítás – Ready-to-Use Egynapos Symphony Szívókészlet

Rendeltetési cél

A Medela Symphony mellszívóval készült Ready-to-Use Egynapos Symphony Szívókészlet anyatej lefejésére szolgál. A szívókészlet kórházi és klinikai használatra tervezték. Bármelyik Medela kórházi palackhoz használható. A szívókészlet **egy személy általi használatára** készült, amelyet korlátozott számú használatra szántak – **ez 24 órán belül legfeljebb 8 fejést jelent**.

Fontos biztonsági előírások

Használat előtt tanulmányozza át a használati utasítást
Biztonsági és egészségügyi javaslatok
FIGYELMEZTETÉS!
1 A Ready-to-Use Egynapos Symphony Szívókészlet nem fertőtlenítheti autoklávban, így több felhasználó nem használhatja biztonságosan. Több személy általi használata egészségi kockázatot jelenthet és keresztfertőzést okozhat.
2 Csak eredeti Medela tartozékokat használjon.
3 Ne használja a készüléket, ha a csomagolást az használat előtt felnyitották, vagy a csomagolás megsérült.
4 Vizsgálja meg minden használat előtt. Ha az elhasználás vagy sérülés jelei mutatkoznak, selejtezze ki.
5 A csomagolást és az alkatrészeket ne hagyja felügyelet nélkül. Gyermekektől távol tartandó.
6 Amennyiben problémái vagy fájdalmai lennének, forduljon szoptatási tanácsadóhoz vagy orvosához.

A használat módja

1 A csomagolás kinyílása előtt ellenőrizze, hogy a **szívófej** megfelelő méretű-e. Az egyes méretekre vonatkozó javaslatokat olvasható a Symphony útmutatójában. Szükség esetén válasszon más szívófejméretet a csomagban. Rendelkezésre állnak: M (24 mm), L (27 mm) és XL (30 mm).
2 Nyissa ki a csomagolást. Nyomja a tölcsért a szívófejre. Építsük nyomja a fehér szívepet a könykelemen (ha még nincs összeszerelve).
3 Csavarja rá a Medela kórházi palackot a könyökelemre. Válasszon egy igényeinek megfelelő palackot. Kapható méretek: 35, 80, 150 és 250 ml.
4 Nyomja a szívócső végét a könyök hátulján kiálló kúpra.
5 Ellenőrizze, hogy a szívócső másik végén lévő átlátszó fedelet lefedi-e a sárga membrán. Ha nem, helyezze a sárga membránt a kerek oldalával felfelé egy lapos felületre. Nyomja a fedelet a sárga membránra úgy, hogy az teljesen a helyére pattanjon.
6 Nyissa fel a Symphony mellszívó tetején lévő fedelet. A fedelet a sárga membránra nyomva szorosan illessze le a mellszívó membránjára, a fogalaton belülre.
7 Az anyatej lefejésével és tárolásával kapcsolatban lásd több információért olvasható a Symphony utasításainál.
8 Kezdjen fejni.

Tisztítás és fertőtlenítés

Fontos
1 Használat után azonnal tisztítsa meg a mellel vagy az anyatejjel érintkező alkatrészeket. Ezzel elkerülhető a tejmaradék beszáradását és a baktériumok szaporodását.
2 A tisztításhoz csak ivóvíz minőségű vizet szabad használni.

Az első használat előtt
A készülék Ready-to-Use termék, vagyis előzetes tisztítás nélkül is higiénikus és biztonságosan használható.

Minden használat után
1 Ellenőrizze, hogy a szívócsőben van-e tej. Ha van, cserélje ki a szívócsövet. Ha nincs, az alábbiak szerint járjon el:
2 Szerelje szét a szívókészletet. Ne feledje, hogy a fehér szelepet is el kell távolítani a könyökelemről.
3 Öblítse ki a szívőfejet, a könyökelemet és a fehér szelepet hideg, tiszta vízzel (kb. 20 °C), majd tisztítsa meg azokat bő, meleg (kb. 30 °C-os) vízzel és lúgos mosogatószernek. Öblítse el hideg, tiszta vízzel.
Vegyen figyelembe, hogy a többi alkatrészt nem szükséges tisztítani.
4 Az alkatrészeket törölje át egy tiszta kendővel. Minden alkatrészt tegyen tiszta (nem légmentes zárású) tárolózsákba vagy tartsa környezetben.

Materiál: Prsni nástavec, konektor, kryt: polypropylen. Bílý ventil: termoplastický elastomer. Hadička: polyvinylchlorid. Žlutá membrána: silikon.
Likvidace: Dodržujte místní předpisy.
Značka CE: Dle normy 93/42/EEC

CS

Návod k použití – Ready-to-Use jednodenzová odsávací souprava Symphony

Použití

Ready-to-Use jednodenzová odsávací souprava Symphony je určena k odsávání mateřského mléka pomocí odsávačky Medela Symphony. Odsávací souprava je určena pro použití v nemocnicích a na klinikách. Je kompatibilní se všemi nemocničními lahvemi Medela. Odsávací souprava je produkt pro **jednu maminku**, určený pro omezený počet použití – max. pro **8 odsávacích cyklů během 24 hodin**.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě prostudujte návod Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
VAROVÁNÍ
1) Ready-to-Use jednorázovou odsávací soupravu Symphony není možné sterilizovat v autoklávu a zajistit bezpečné použití více maminkami. Používání více osobami může představovat ohrožení zdraví a může způsobit křížovou kontaminaci.
2 Používejte pouze originální příslušenství Medela.
3 Nepoužívejte, pokud byl obal před prvním použitím otevřený nebo poškozený.
4 Před každým použitím proveďte kontrolu. Při prvních známkách opotřebení nebo opotřebení produkt vyhoďte.
5 Obaly ani součásti nikdy nenechávejte bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah dětí.
6 V případě výskytu problémů či bolestivosti kontaktujte laktačního poradce nebo lékaře.

Postup použití

1 Před otevřením obalu zkontrolujte, zda má **prsní nástavec správnou velikost**. Pokyny k nasazení prsního nástavce naleznete v návodu k použití odsávačky Symphony. V případě potřeby zvolte jinou velikost nástavce s jinou velikostí nástavce. K dispozici jsou velikosti M (24 mm), L (27 mm) a XL (30 mm).
2 Otevřete obal. Nasaďte nástavec na prsní nástavec. Potom nasaďte na konektor bílý ventil (pokud již není nasazen).
3 Nadrouhlo nemocniční láhev Medela na konektor. Zvolte vhodnou velikost láhve. Dostupné velikosti o objemu 35, 80, 150 a 250 ml.
4 Zatlačte hadičku na konektoru na vyčnívající část na zadní straně konektoru.
5 Zkontrolujte, zda je průhledný kryt na druhém konci hadičky zakrytý žlutou membránou. Pokud tomu není, přiložte žlutou membránu kulatou stranou nahoru na rovný povrch. Zamáčkněte kryt do žluté membrány až na doraz.
6 Otevřete víko na horní straně odsávačky mateřského mléka Symphony. Pevně přitiskněte kryt se žlutou membránou na membránu odsávačky mateřského mléka uvnitř pouzdra.
Další informace o odsávání a skladování mateřského mléka najdete v návodu k použití odsávačky Symphony.
7 Začněte odsávat.

Čištění a údržba

Důležité
1 Všechny díly, které přicházejí do kontaktu s prsem a mateřským mlékem, čistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.
2 K čištění používejte pitnou vodu.

Před prvním použitím
Tato odsávací souprava je produkt Ready-to-Use, což znamená, že ji bezpečně používat i bez předchozího čištění.

Po každém použití
1 Zkontrolujte, zda je v hadičce mléko. Pokud je tomu tak, odsávací soupravu vyměňte. Není-li mléko přítomno, postupujte následovně:
2 Rozložte odsávací soupravu. Nezapomeňte, že je nutné sejmout bílý ventil z konektoru.
3 Opláchněte prsní nástavec, konektor a bílý ventil studenou čistou vodou (přibl. teplota 20 °C), a poté je důkladně umyjte v teplé vodě (přibl. teplota 30 °C) a běžném prostředku na mytí nádobí. Opláchněte čistou studenou vodou. Ostatní díly není třeba čistit.
4 Jednotlivé díly osušte čistou utěrkou. Všechny díly do čistého skladovacího sáčku (nikoli vzduchotěsného) nebo do čistého prostředí.

Materiál: Prsní nástavec, konektor, kryt: polypropylen. Bílý ventil: termoplastický elastomer. Hadička: polyvinylchlorid. Žlutá membrána: silikon.
Likvidace: Dodržujte místní předpisy.
Značka CE: Dle normy 93/42/EEC

TR

Kullanım talimatları — Ready-to-Use Bir Günlük Symphony Pompa Seti

Kullanım amacı

Ready-to-Use Bir Günlük Symphony Pompa Seti Medela Symphony süt pompası ile annesütünü sağmak için tasarlanmıştır. Pompa seti hastane ve kliniklerde kullanım için tasarlanmıştır. Herhangi bir Medela hastane biberonuna uyumludur. Pompa seti, **24 saat içerisinde en fazla 8 pompalamaya** kadar sınırlı sayıda kullanım için tasarlanmış olan **tek kişinin kullanmasına** mahsus bir üründür.

Önemli güvenlik önlemleri

Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun Çocuğunuzun sağlığı ve sağlığı için
UYARI
1 Birden fazla kullanıcı arasında güvenli yeniden kullanım için Ready-to-Use Bir Günlük Symphony Pompa Setini otoklav işlemine tabi tutmak mümkün değildir. Birden fazla kişi tarafından kullanılması sağlık riski doğurabilir ve karşılıklı kirlenmeye neden olabilir.
2 Sadece Medela'nın orijinal aksesuarını kullanın.
3 Ilk kullanım öncesinde ambalaj açılmış veya hasar görmüşse ürünü kullanmayın.
4 Her kullanımdan önce kontrol edin. Ilk hasar veya deforme belirtisinde atın.
5 Hiçbir zaman ambalajları ve bileşenleri gözetimsiz bırakmayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
6 Ağrı veya başka bir problem belirdiğinde bir uzman veya doktorunuza başvurun.

Kullanım şekli

1 Ambalajı açmadan önce **meme huninisinin doğru boyutta** olup olmadığını kontrol edin. Memenizi uygunluğuyla ilgili yönergeler için Symphony kullanım talimatlarına bakın. Gerekiyorsa başka huni boyutu bir pompa seti seçin. Mevcut boyutlar M (24mm), L (27mm) ve XL (30mm) şeklindedir.
2 Ambalajı açın. Huniyi konektöre bastırın. Sonra beyaz valfı konektöre itin (henüz montajı yapılmamışsa).
3 Medela hastane biberonunu konektöre vidalayın. Ihtiyaçlarınıza uygun bir biberon seçin. Boyutlar 35, 80, 150 ve 250ml şeklindedir.
4 Hortumun açık ucunu, konektörün arkasındaki çıkıntı üzerine itin.
5 Hortumun diğer ucundaki şeffaf kapağın sarı membran ile kapalı olup olmadığını kontrol edin. Kapalı değilse düz bir yüzeye yuvarlak tarafı yukarı gelecek şekilde sarı membranın üzerine yerleştirin. Birimler sabit kapağı sarı membrana itin.
7 Symphony süt pompasının üst tarafındaki kapağı açın. Yuvanın içindeki süt pompası membranının üzerine sarı membranlı kapağı sıkıca yerleştirin.
8 Annesütünün sağılması ve saklanması hakkında daha fazla bilgi için Symphony talimatlarını okuyun.
9 Pompalamaya başlatın.

Temizlik ve hijyen

Önemli
1 Süt kalıntılarının kurumasını ve bakteri oluşumunu önlemek için, meme ve annesütü ile temas eden tüm parçaları kullanıldıktan hemen sonra temizleyin.
2 Temizlik için yalnızca kaliteli içme suyu kullanın.

Ilk kullanımdan önce
Bu pompa seti kullanıma önce temizlemeye gerek duyulmayacak hijyenik şekilde kullanılabilecek Ready-to-Use bir ürünüdür.

Her kullanımdan sonra
1 Hortum içerisinde süt olup olmadığını kontrol edin. Varsa pompa setini değiştirin. Yoksa, aşağıdaki şekilde devam edin:
2 Pompa setini parçalarına ayırın. Ayrıca beyaz valfı konektörden çıkarmanız gerektiğine dikkat edin.
3 Meme huninisi, konektörü ve beyaz valfı soğuk temiz suyla (yakl. 20°C) çalkalayın, sonra sıcı bir suyla (yakl. 30°C'ye kadar bir bulaşık sıvısıyla yıkayın. Soğuk temiz suyla durulayın.
Diğer parçaların temizlenmesi gerekmediğine dikkat edin.
4 Temiz bir havlu ile parçaları kurutun. Temiz bir saklama torbasına (hava geçirmez olmayan) veya temiz bir yere tüm parçaları koyun.

Malzeme: Meme huninisi, konektör, kapak: polipropilen. Beyaz valf: termoplastik elastomer. Hortum: polivinil klorid. Sarı membran: silikon.
Imha etme: Yerel yönetmeliklere uygun olarak
CE işareti: 93/42/EEC'ye göre

JA

使用説明書 — Ready-to-Use 使用日限定 搾乳セット

使用目的

Ready-to-Use Symphony ワンデーポンプセットは、メデラ Medela のシンフィニー電動さく乳器用のポンプセットです。本製品は、病院やクリニックの製品です。メデラ製品すべてに適合します。1人の母親が最大24時間以内に8回までさく乳いただけます。本製品は、**個人使用**専用品です。**24時間**を上限とし、**最大 8 回**までさく乳にご使用いただけます。

安全にお使いいただくために

ご使用になる前に「使用説明書」をよくお読みください。
赤ちゃんの安全と健康のために
警告
1) シンフィニー Ready-to-Use Symphony ワンデーポンプセットは、オートクレーブ滅菌による安全な再使用ができません。複数人での使用は感染症や交叉汚染の原因となる恐れがあります。
2 メデラ純正品をご使用ください。
3 開封済みまたは破損している場合は使用しないでください。
4 使用前に点検を行ってください。損傷や欠陥が認められた場合には、本製品を廃棄してください。
5 パッケージや部品を放置しないでください。お子さまの手が届かない場所で保管してください。
6 乳房に問題や痛みがあった場合は、母乳育児の専門家または医師にご相談ください。

使用方法

1 パッケージの開封前に、さく**乳口が適正サイズかをご確認ください。**さく乳口の正しいサイズの選択と装着については、Symphony の使用説明書をご参照ください。さく乳口サイズのオプションは、M（24 mm）、L（27 mm）、XL（30 mm）です。
2 パッケージを開封します。コネクターをさく乳口へ取り付けます。（さく乳口がまだ装着されていない場合）
3 メデラ Medela の病院向け母乳ボトルをコネクターに取り付けます。ボトルは、35 mL、80 mL、150 mL、250 mL のサイズをご用意しています。
4 チューブをコネクターの対応する開口部に差し込みます。
5 チューブに付いている透明キャップが薄膜でカバーされていることを確認します。カバーされていない場合は、膜面を上にして膜面を平らな面に置きます。キャップを薄膜にしっかりとはめ込みます。
6 Symphony さく乳器の上部のふたを開けます。薄膜付きのキャップを Symphony 乳器の隔壁にしっかりと取り付けます。
さく乳、母乳の保存方法については、Symphony の使用説明書をお読みください。
7 さく乳を開始します。

洗浄と清潔について

警告
1 製品に残っている母乳の乾燥や、細菌の繁殖を防止するために、搾乳後すぐに乳房や母乳と接した部品はすべて洗浄してください。
2 洗浄には飲料水と同品質の水をご使用ください。

初回使用前

Ready-to-Use（使用前に開封後すぐに使用可能）製品のため、本製品を洗浄を始めてくださいの使用前の清潔な状態にあります。

毎回使用後

1 チューブ内に母乳が入っていないか調べてください。入っていましたら、ポンプセットを交換してください。入っていない場合は、以下のとおり洗浄を実施します。
2 ポンプセットを分解します。必ずコネクターから白い弁を取り外してください。
3 さく乳口、コネクター および白い弁を清潔な常温（約 20°C）の水ですすいでから、洗剤の入ったぬるま湯（約 30°C）の中に洗浄してください。清潔な常温の水でよくすすいでください。
洗浄が困難な場合は、ブラシを使用してください。
4 清潔なタオルなどの上で部品を乾燥させます。水気の使用して、乾燥した部品を清潔なパック（非機密）/ 清潔な容器などに入れ保管します。

材質：さく乳口、コネクター、キャップ：ポリプロピレン 白い弁：熱可塑性エラストマーチューブ：ポリ塩化ビニール 薄膜：シリコン
廃棄方法：地域の規則に従ってください
CE マーク：93/42/EEC に準拠

KO

사용설명서 — Ready-to-Use Symphony 원데이 유축 세트

용도

Ready-to-Use Symphony 원데이 유축 세트는 Medela Symphony 유축기로 모유를 유축하는 동도로 사용됩니다. 이 유축 세트는 병원 사용을 위해 설계되었습니다. 이 유축 세트는 모든 Medela 병원용 젖병과 호환됩니다. 이 유축 세트는 **1인 사용자를 위한 제품**이며, **24시간 내에** 사용할 수 있는 유축 세션을 **최대 8회로** 제한하였습니다.

중요한 안전 조치

사용하기 전에 모든 사용 설명서를 읽으십시오.
아기의 안전과 건강을 위한 지침
경고
1) 여러 명의 사용자가 안전하게 재사용하기 위해서 Ready-to-Use 원데이 Symphony 유축 세트를 고압 멸균할 수 없습니다. 1명 이상의 사용할 경우 건강상의 위험을 초래할 수 있으며 교차 감염이 발생할 수 있습니다.
2 Medela 정품 부속품만 사용하십시오.
3 처음으로 사용하기 전 포장이 뜯어져 있거나 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오.
4 매번 사용 전 점사하십시오. 손상의 징후가 보이는 경우, 즉시 폐기하십시오.
5 포장과 구성품을 방치해 두지 마십시오. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
6 모유나 통증이 발생하면 모유수유 전문가나 의사에게 문의하십시오.

사용 방법

1 포장을 뜯기 전, **깔때기의 크기가 올바른지** 확인하십시오. 깔때기 맞추기 지침은 Symphony 설명서를 참조하십시오. 필요한 경우, 다른 크기의 깔때기로 교체하십시오. 사용 가능한 깔때기 크기는 M(24mm), L(27mm), XL(30mm)입니다.
2 깔때기를 커넥터에 끼우십시오. 깔때기가 이미 장착되어 있지 않은 경우 깔때기를 커넥터에 끼웁니다.
3 Medela 병원용 젖병을 커넥터에 끼웁니다. 필요에 맞는 젖병을 선택하십시오. 젖병 크기는 35, 80, 150, 250ml입니다.
4 튜브의 열린 끝을 커넥터 뒤쪽의 돌출부에 끼웁니다.
5 튜브 반대쪽 끝이 노란색 막으로 덮여 있는지 확인하십시오. 덮여 있지 않은 경우 튜브 끝을 노란색 막 위에 올려놓습니다. 튜브 끝을 노란색 막 위에 밀어 넣습니다.
6 Symphony 유축기 상단에 있는 뚜껑을 여십시오. 노란색 멤브레인 캡을 바깥 링에 맞는 멤브레인 위에 놓습니다. 캡을 멤브레인 위에 단단히 끼웁니다